

Desenvolvida para o monitoramento de processos de esterilização a vapor, assegurando total confiança na cultura de *BACILLUS stearothermophilus*.

Neste modelo é recomendado examinar os indicadores biológicos em intervalos regulares ou conforme orientação do fornecedor do indicador.

A incubadora RIV-6 faz parte da importante tarefa de monitoração do processo de esterilização, oferecendo maior confiabilidade ao processo.

Nela é possível a incubação de até 5 indicadores simultaneamente, sendo que a sexta cavidade serve para a ampola teste.

Seu objetivo é monitorar o funcionamento da autoclave.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 6 cavidades para indicador biológico
- controle de temperatura automático (55°C a 60°C)
- período de incubação - 24 ou 48 horas
- temperatura ambiente indicada: 17°C a 27°C
- caixa em ABS
- alimentação: bivolt sem chave seletora
- potência: 50W
- peso bruto: 0,500 kg
- dimensões do suporte: 100mm x 70mm x 90mm
- registro no Ministério da Saúde: Isento
- Resolução: RDC 185/01

RON Micromecânica Ltda